

Nemocnice v Bílovci, p.o.; 17. listopadu 538; 743 01 Bílovec

BANK. SPOJENÍ: ČSOB, a.s., pobočka Nový Jičín

Č. ÚČTU: 151662298 / 0300

IČO: 00844799

DIČ: Nejsme plátcí DPH!

TEL.: 556 771 702

FAX: 556 412 240

E-MAIL: hana.heryanova@nvb.cz

Dodavatel

Ulice Číslo popisné

PSČ Město

VAŠE ZNAČKA

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

BÍLOVEC

VR / 2006 / 003 / 0..

Heryánová / 702

07.11. 2006

Věc:

Veřejná zakázka – zjednodušené podlimitní řízení na nákup sterilizátoru

Vážení obchodní přátelé,

žádáme Vás o předložení nabídky na nákup sterilizátoru pro Nemocnici v Bílovci, p.o. dle zákona č. 137 / 2006 Sb, § 38 veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen zákon).

A. Základní požadavky – informace o druhu a předmětu veřejné zakázky:

Nákup sterilizátoru dle těchto požadavků:

- 1) dvoudvěřová varianta (tj. prokládací)
- 2) zdroj páry je elektrický vyvíječ páry
- 3) objem sterilizační komory cca 70 litrů (tj. 1 sterilizační jednotka)

B. Další požadavky:

- 1) požadujeme předložení dokladů a informací prokazujících splnění:
 - a) základních kvalifikačních předpokladů doklady dle § 62 (postačuje čestné prohlášení)
 - b) profesních kvalifikačních předpokladů doklady uvedenými v § 54 (postačují fotokopie)
 - c) technické kvalifikační předpoklady – seznam významných dodávek do nemocničních a obdobných zařízení realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění a to včetně přílohy seznamu dle § 56 odstavec 1 písmeno a) a e), případně f) a odstavců 7, 8 a 9
- 2) požadujeme předložení (dle § 68 odst. 2 zákona):
 - a) návrhu kupní smlouvy s uvedením
 1. dodací lhůta v týdnech
 2. doba záruky v měsících
 3. lhůty splatnosti ve dnech

- b) prohlášení z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, která počíná běžet 07.12.2006 a končí nejdéle 27.12.2006, nebo v den doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle § 43 všechny dokumenty obou bodů a) i b) podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče
- 3) u nabízeného přístroje požadujeme předložení:
- a) technických parametrů
 - b) CE - certifikát
 - c) návod k použití v českém jazyce
- vše ve dvojím vyhotovení
- 4) vyhrazujeme si následující práva:
- a) nepřipouštíme variantní řešení
 - b) dodávka ve 4. Q roku 2006, maximálně do 07.01.2007

C. Doba a místo plnění:

Dodávka bude realizována do 07.01.2007
v době dohodnuté (viz bod B. odstavec 4)
na uvedenou adresu Nemocnice v Bílovci, p.o.

D. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena musí být pevná.

Ve smlouvě bude celková nabídková cena uvedena to v tomto členění:

- a) základní nabídková cena
- b) dopravu do místa určení
- c) ostatní poplatky
- d) případné slevy

Cenu požadujeme členit na celkovou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH.

E. Platební podmínky:

Platba bude provedena po dodání zboží v dohodnuté časové lhůtě.

F. Způsob hodnocení nabídek:

- 1) nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti bodovým hodnocením: 1 - n ("jedna" až "n"), kde "n" je počet honocených nabídek
- 2) nabídky budou hodnoceny podle nejvyššího dosaženého hodnocení dle těchto kritérií:

<u>dílčí hodnotící kritéria:</u>	<u>váhy jednotlivých kritérií (v %):</u>
- nabídková cena	60
- dodací lhůta a záruka	25
- lhůta splatnosti	15

G. Místo a doba pro podávání nabídek:

Nabídky zasílejte poštou nebo doručte osobně (dle § 69) v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky „Nákup sterilizátoru pro Nemocnici v Bílovci, p.o.“ s uvedením plné adresy dodavatele (pro možnost zaslání oznámení podle § 71 odst. 6) v českém jazyce, v jednom originálním vyhotovení – listinné formě, včetně splnění dalších

Zjednodušené podlimitní řízení: Nákup sterilizátoru

požadavků seřazených dle číslování uvedeném v bodě B. odstavce 1) až 4) včetně všech písmen) – na adresu:

Nemocnice v Bílovci, p.o.
Ředitelství – sekretariát ředitele
17. listopadu 538
743 01 Bílovec

H. Konzultace:

Ekonomický náměstek: Ing. Hana Heryánová
Tel./Fax (po - pá: 8.00 - 15.00): +420 556 771 702 / 556 412 240 Mobil: 724 218 114
E-mail: hana.heryanova@nvb.cz

I. Příloha:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Hodnoceny budou nabídky doručené dle bodu G. této poptávky do 06. 12. 2006 do 12:00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami je stanoveno na den 07.12.2006 a to od 13:00 hod. v ředitelně Nemocnice v Bílovci, p.o. na výše uvedené adrese.

(razítko: Nemocnice v Bílovci, příspěvková organizace)

v.r.
Ing. Martin Rais, ředitel
Nemocnice v Bílovci, p.o.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technická specifikace parního sterilizátoru všeobecná:

- parní sterilizátor musí splňovat požadavky na zdravotnické prostředky podle zákona č. 22/1997 Sb. a prováděcích Nařízení vlády (NV) č.180/1998 Sb. ve znění NV č. 130/1999 Sb. a NV č. 169/1997 Sb., Vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č.195/2005 Sb., směrnice EU pro zdravotnické prostředky 93/42/EHS a harmonizovaných evropských norem EN 285 a EN 554.
- objem komory - 1 sterilizační jednotka
- dvoudveřové provedení (prokládací varianta)
- provoz na vlastní elektrický vyvíječ páry
- frakční vakuum pomocí výkonné vodokružné vývěvy
- sterilizační komora s vyhříváním pláštěm z nerez oceli DIN 1.4571
- automatické mikroprocesorové řízení (2 mikroprocesory MASTER a SLAVE)
- kontrola jednotlivých sterilizačních fází během celého cyklu
- vestavěná tiskárna pro výtisk protokolu o sterilizaci, záznamu tlaku a teploty a chybových hlášení
- vestavěný snímač čip karet
- digitální zobrazení teplot a tlaku ve sterilizační komoře
- regulace tlaku páry pomocí snímačů nezávislých na atmosférickém tlaku vzduchu
- zdvojené snímače tlaku a teploty pro nezávislou kontrolu sterilizačního procesu
- vnější kryty z nerezavějící oceli

Programy s několikanásobnou evakuací před sterilizací:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| · Nebalené nástroje rychle | 134 °C / 4 min |
| · Balené nástroje | 134 °C / 7 min |
| · Balený textil | 134 °C / 7 min |
| · Balené pryžové materiály a hmoty | 121 °C / 20 min |

Zkušební programy:

- Vakuový test – 1,5 kPa / 10 min při tlaku nižším jak 13,3 kPa
- Bowie & Dick test – 134 °C / 3,5 min