

## Zadávací dokumentace

### Bílovecká nemocnice, a.s. VZ „Gastroenterologická endoskopická sestava“

#### 1. Zadavatel

##### **Bílovecká nemocnice a.s.**

se sídlem: 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec

IČ: 26865858

Zastoupený: JUDr. Zdeněk Horák, MBA, předsedou představenstva a  
Bc. Vratislavou Krnáčovou, místopředsedkyní představenstva

#### 2. Druh a předmět veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu Zákona na dodávku nové, neopotřebované, nerepasované (rok výroby 2016, 2017) Gastroenterologické endoskopické sestavy.

##### Předmětem veřejné zakázky je:

Dodávka dodávku nové, neopotřebované, nerepasované (rok výroby 2016, 2017) Gastroenterologické endoskopické soustavy, a k tomu:

- záruční doba na dodávanou Gastroenterologickou endoskopickou sestavu min. 24 měsíců
- zajištění dopravy do místa plnění, instalace a uvedení do provozu na náklady dodavatele
- zaškolení personálu na náklady dodavatele:

dodavatel provede u každého dodaného zdravotnického prostředku odbornou instruktáž min. 2 zaměstnanců Bílovecké nemocnice, a.s., kteří budou provádět následnou instruktáž všech ostatních zaměstnanců nemocnice u daného zdravotnického prostředku dle § 61 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb., v platném znění, a to nejpozději do 5 dnů od předání zboží. O instruktáži bude vyhotoven písemný protokol. Účastníci dosáhnou kvalifikace pro provádění instruktáže dalších pracovníků kupujícího,

nebo

dodavatel bude bezplatně provádět instruktáž (dle zákona č. 268/2014 Sb., v platném znění) nového personálu kupujícího, který bude zboží obsluhovat (maximálně 10x v průběhu jednoho kalendářního roku). Dodavatel provede instruktáž do 10 pracovních dnů od doručení písemné (emailem) výzvy k jejímu provedení kupujícím, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak

- provedení zabezpečení přijímacích zkoušek funkčnosti dodávaných přístrojů,
- dodání podkladů potřebných pro provoz zařízení, zejména uživatelských manuálů (návod k obsluze) v českém jazyce, a to v tištěné, případně elektronické podobě, a technických manuálů v češtině nebo v angličtině,
- dodání dokladů osvědčujících způsobilost dodávek k účelu užívání v České republice,

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek  
VZ „Gastroenterologická endoskopická sestava“

- dodání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 268/2014 Sb., (neobsahuje-li prohlášení o shodě zařazení do klasifikační třídy, doloží účastník současně i prohlášení o zařazení do příslušné klasifikační třídy, popř. doloží kopii rovnocenných dokladů vydaných v členském státě EU včetně překladu do českého jazyka),
- provádění odborné údržby v souladu se zákonem č. 268/2014. a plně autorizované servisní zabezpečení.

V případě potřeby dodávek či služeb neuvedených v zadávací dokumentaci, avšak dle názoru dodavatele nutných k řádnému splnění předmětu této veřejné zakázky, doporučuje zadavatel účastníkům kontaktovat zadavatele, a to formou písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, která bude řešena v souladu s ust. § 98 a násl. Zákona.

Předpokládá-li účastník zadávacího řízení, že bude při realizaci plnění ze smlouvy nutná spolupráce s oddělením informačních technologií zadavatele, požaduje zadavatel, aby byl v nabídce účastníka specifikován budoucí rozsah této spolupráce tak, aby bylo možné v dostatečném předstihu alokovat zdroje na straně zadavatele.

Pokud se v zadávacích podmínkách vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci. Zadavatel si v případě potřeby vyhrazuje právo požádat účastníka o dodání prohlášení výrobce, že nabízené zařízení splňuje definované vlastnosti.

### **3. Technické podmínky:**

Předmět plnění musí splňovat požadavky dle technické specifikace:

#### **Obecné požadavky na přístroje:**

- Instalace přístrojů, napojení na informační systémy a nastavení na úroveň nezbytnou pro zahájení používání proběhne bez nutnosti přerušení provozu příslušného oddělení.
- Servisní podpora: nástup technika do 24 hodin od nahlášení poruchy, dostupnost servisu 24 hod. po 7 dní v týdnu, bezplatná hotlinka 24 hodin / 7 dní v týdnu v českém jazyce.

#### **Vyzkoušení funkcí přístroje:**

Účastník je povinen na vyžádání zajistit zapůjčení přístroje vybranému odborníkovi na určené pracoviště, kde bude přístroj předveden za současného umožnění vyzkoušení funkcí zařízení. Přístroj bude zapůjčen nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení žádosti ze strany zadavatele.

#### **Technické požadavky na přístroj:**

##### **Technická specifikace:**

Vymezení technické specifikace je provedeno v příloze č. 2 Výzvy k podání nabídek, která tvoří nedílnou součást souhrnné zadávací dokumentace.

### **4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky**

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek  
VZ „Gastroenterologická endoskopická sestava“

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky „Gastroenterologická endoskopická sestava“ je 948.000 Kč bez DPH.

Zálohy na platby nebudou sjednány.

## 5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídku v rozsahu dle „Zadávací dokumentace“ doručte v písemné podobě v termínu do 24. 8. 2017 do 08:00 hodin na sekretariát ředitele Bílovecké nemocnice, a.s.

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny.

## 6. Termín a místo plnění

### Termín plnění

Požadovaný termín dodání zboží je do 60 dnů od uzavření smlouvy.

### Místo plnění

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží do místa plnění určeného kupujícím, na adresu 17. Listopadu 538, 743 01 Bílovec

## 7. Hodnotící kritéria (pravidla pro hodnocení nabídek)

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky stanovená dílčími hodnotícími kritérii:

Dílčí hodnotící kritéria:

1. Nabídková cena bez DPH	.....	70 %
2. Pozáruční bezpečnostně technická kontrola	.....	3 %
3. Cena za 1h servisní činnosti	.....	4 %
4. Kompatibilita s videogastroskopem Pentax	.....	15 %
5. Délka záruční doby (min. 24 měsíců)	.....	5 %
6. Cena dopravy servisního technika za 1km	.....	3%

Způsob hodnocení:

### 1. Dílčí hodnotící kritérium „Nabídková cena celkem bez DPH“

Pro kritérium, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu (nabídková cena) bude použit následující výpočet:

$$\text{Počet bodů} = \frac{\text{Nejvhodnější nabídka}}{\text{Hodnocená nabídka}} \times 100$$

Počet bodů získaných v rámci dílčího kritéria (max. 100 bodů) bude vynásoben vahou kritéria, tj. 70%, účastník může získat maximálně 70 bodů.

2. Hodnotící kritérium „Pozáruční bezpečnostně technická kontrola“

Pozáruční bezpečnostně technická kontrola bude hodnocena dle níže uvedeného vzorce, hodnotící kritérium musí uchazeč vyplnit do Krycího listu. Každá položka musí být oceněna reálnou cenou (0,- Kč není přípustná z důvodu výpočtů).

Pro kritérium, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu bude použit následující výpočet:

$$\text{Počet bodů} = \frac{\text{Nejvhodnější nabídka}}{\text{Hodnocená nabídka}} \times 100$$

Počet bodů získaných v rámci dílčího kritéria (max. 100 bodů) bude vynásoben váhou podkritéria, tj. 3 % účastník může získat maximálně 3 body.

3. Hodnotící kritérium „Cena za 1 h servisní činnosti“

Cena za 1 h servisní činnosti bude hodnocena dle níže uvedeného vzorce, hodnotící kritérium musí uchazeč vyplnit do Krycího listu. Každá položka musí být oceněna reálnou cenou (0,- Kč není přípustná z důvodu výpočtů).

Pro kritérium, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu bude použit následující výpočet:

$$\text{Počet bodů} = \frac{\text{Nejvhodnější nabídka}}{\text{Hodnocená nabídka}} \times 100$$

Počet bodů získaných v rámci dílčího kritéria (max. 100 bodů) bude vynásoben váhou podkritéria, tj. 4 % účastník může získat maximálně 4 body.

4. Hodnotící kritérium „Kompatibilita s videogastroskopem Pentax“

Kompatibilita s videogastroskopem Pentax bude hodnocena dle níže uvedeného vzorce, hodnotící kritérium musí uchazeč vyplnit do Krycího listu. Každá položka musí být oceněna reálnou cenou (0,- Kč není přípustná z důvodu výpočtů).

Pro kritérium, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu bude použit následující výpočet:

$$\text{Počet bodů} = \frac{\text{Nejvhodnější nabídka}}{\text{Hodnocená nabídka}} \times 100$$

Počet bodů získaných v rámci dílčího kritéria (max. 100 bodů) bude vynásoben váhou podkritéria, tj. 15 % účastník může získat maximálně 15 body.

5. Hodnotící kritérium „Délka záruční doby“

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek  
VZ „Gastroenterologická endoskopická sestava“

Délka záruční doby bude hodnocena dle níže uvedeného vzorce, hodnotící kritérium musí uchazeč vyplnit do Krycího listu. Každá položka musí být oceněna reálnou cenou (0,- Kč není přípustná z důvodu výpočtů).

Pro kritérium, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu bude použit následující výpočet:

$$\text{Počet bodů} = \frac{\text{Nejvhodnější nabídka}}{\text{Hodnocená nabídka}} \times 100$$

Počet bodů získaných v rámci dílčího kritéria (max. 100 bodů) bude vynásoben vahou podkritéria, tj. 5 % účastník může získat maximálně 5 body.

6. Hodnotící kritérium „Cena dopravy servisního technika za 1 km“

Cena dopravy servisního technika do místa plnění bude hodnocena dle níže uvedeného vzorce, hodnotící kritérium musí uchazeč vyplnit do Krycího listu. Každá položka musí být oceněna reálnou cenou (0,- Kč není přípustná z důvodu výpočtů).

Pro kritérium, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu bude použit následující výpočet:

$$\text{Počet bodů} = \frac{\text{Nejvhodnější nabídka}}{\text{Hodnocená nabídka}} \times 100$$

Počet bodů získaných v rámci dílčího kritéria (max. 100 bodů) bude vynásoben vahou podkritéria, tj. 3 % účastník může získat maximálně 3 body.

Celkové hodnocení je součtem bodových hodnocení dílčího kritéria č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů.

Mimořádně nízká nabídková cena

Před odesláním oznámení o výběru dodavatele posoudí zadavatel nabídkovou cenu vybraného dodavatele z hlediska nízké nabídkové ceny. Zadavatel provede posouzení v souladu s ustanovením § 133 Zákona.

**8. Požadavky na prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace**

a. **Základní způsobilost** splňuje dodavatel, který formou čestného prohlášení statutárního zástupce nebo podnikatele – fyzické osoby (Příloha č. 3 Výzvy) prokáže základní způsobilost.

b. **Profesní způsobilost** splňuje dodavatel, který předloží v kopii:

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek  
VZ „Gastroenterologická endoskopická sestava“

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů;
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím celému předmětu zakázky, oprávnění k podnikání může být nahrazeno výpisem z živnostenského rejstříku.

### c. Technická kvalifikace

K prokázání splnění technické kvalifikace účastníka pro plnění předmětné zakázky zadavatel požaduje předložení seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Dodavatel doloží realizaci alespoň 1 významnou dodávku o stejných nebo kvalitativně vyšších parametrech a stejné nebo vyšší kapacitě ve srovnání s poptávaným přístrojem (Příloha č. 6 Výzvy).

## 9. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Účastník je povinen vyplnit nabídkovou cenu za dodávky do krycího listu nabídky, který je přílohou č. 4 Výzvy. V krycím listu dále uvede všechny další požadované údaje nutné pro provedení hodnocení. Uvedené ceny (včetně DPH) jsou závazné a obsahující veškeré náklady účastníka nutné pro plnění předmětu veřejné zakázky ke dni zahájení plnění této zakázky po celou dobu plnění veřejné zakázky, a to i při změně výše DPH. Celková nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele na splnění celého předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s jeho dodáním, uvedením do provozu a jeho řádnou funkčností, včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních), provedení požadovaných zkoušek, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění, o kterých dodavatel věděl nebo vědět měl či mohl včetně nákladů na přepravu plnění veřejné zakázky do místa plnění (17. Listopadu 538, 743 01 Bílovec).

Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese dodavatel. DPH bude v nabídce uvedeno ve výši platné ke dni podání nabídky.

V případě, že nabídka nebude obsahovat všechny náležitosti požadované touto zadávací dokumentací (včetně vyplněných příloh Obchodních podmínek), jedná se o nesplnění požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách.

Variantní řešení se nepřipouští.

### 9.1. Návrh kupní smlouvy (obchodní podmínky)

Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka a opatřen otiskem razítka. Tento návrh musí být v souladu se vzorem předloženým zadavatelem v zadávací dokumentaci (příloha č. 5 Výzvy). Nedílnou součástí návrhu smlouvy musí být dodavatelem vyplněná příloha podle vzoru: Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Dodavatel je povinen obchodní podmínky akceptovat. **Zadavatel změnu obchodních podmínek, vyjma částí určených k doplnění dodavatelem (v textu zřetelně označeno), neumožňuje.** Jakákoli nepovolená změna bude automaticky znamenat vyřazení nabídky dodavatele a jeho vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.

## 10. Platební podmínky

Zadavatel nebude poskytovat dodavateli zálohy.

Daňový doklad je splatný do 30 dnů od jeho prokazatelného doručení zadavateli.

Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí zadavatel dodavateli písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je poskytovatel povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

### **11. Kontaktní osoba zadavatele**

Kontaktní osobou zadavatele je asistentka ředitele nemocnice paní Monika Štefunková,  
tel.: 556 771 777, email: monika.stefunkova@nvb.cz.

### **12. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky**

Zadavatel pro plnění předmětné zakázky stanovuje Obchodní podmínky formou Kupní smlouvy, které jsou Přílohou č. 5 Výzvy. Zhotovitel je povinen obchodní podmínky akceptovat. Zadavatel jejich změnu neumožňuje. Účastník obchodní podmínky vč. Přílohy č. 1 doplněné a podepsané oprávněnou osobou přiloží do nabídky.

Nabídka bude obsahovat vyplněné a podepsané:

- a) Čestné prohlášení (Příloha č. 3)
- b) Seznam významných dodávek (Příloha č. 6)
- c) Obchodní podmínky (Příloha č. 5)
  - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství (Příloha č. 1 Obchodních podmínek)
- d) Krycí list nabídky (Příloha č. 4)
- e) Prohlášení o subdodavatelích (Příloha č. 7)
- f) Technická specifikace (Příloha č. 2)

### **13. Další informace a údaje**

- a. Zakázka je realizovaná v souladu s § 31 Zákona v režimu výběrového řízení, na něž se nevztahují kogentní ustanovení Zákona, vyjma zásad uvedených v § 6 Zákona. Pojmy či postupy použité v rámci tohoto zadávacího řízení, které odpovídají pojmům či postupům obsaženým v Zákoně, jsou použity pouze z důvodu dodržení zásad uvedených v § 6 Zákona, a dále z důvodu zachování jednotné terminologie při zadávání veřejných zakázek, a v žádném případě je nelze vykládat jako úmysl zadavatele podřídít kteroukoli z částí zadávacího řízení postupu dle Zákona.
- b. Zadavatel si vyhrazuje právo nehodnotit žádnou z předložených nabídek a zadávání veřejné zakázky kdykoliv zrušit. Zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí.
- c. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení, změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení a to všem účastníkům výběrového řízení shodně.

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek  
VZ „Gastroenterologická endoskopická sestava“

- d. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté uchazečem u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
- e. Uchazeči mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být učiněna písemně prostřednictvím elektronického nástroje. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 2 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
- f. Upozorňujeme, že dodatečně zveřejňované informace na profilu zadavatele v elektronickém prostředí E-ZAK nebudou dodavatelům automaticky zasílány. Z tohoto důvodu je nutno průběžně sledovat obsah Zadávací dokumentace veřejné zakázky a sekci Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace.
- g. Nabídka nesplňující podmínky zadavatele nebude hodnocena.
- h. Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku, a to v českém jazyce.
- i. Variantní nabídku zadavatel nepřipouští,
- j. Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní vztah.
- k. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud se prokáže, že se účastník ZŘ dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.
- l. Zadavatel si v případě mimořádně nízké nabídkové ceny vyhrazuje právo si vyžádat její zdůvodnění. V případě, že posoudí, že zdůvodnění je neopodstatněné, nabídku nebude hodnotit.

Bílovecká nemocnice, a.s.