

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2

Zadavatel: Bílovecká nemocnice, a.s.
Sídlo: 17. Listopadu 538, 743 01 Bílovec
Zastoupena: JUDr. Zdeněk Horák, MBA
IČ: 26865858
Profil zadavatele: www.nvb.cz

Bílovec 17. 8. 2017

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2

Zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku „**Gastroenterologická endoskopická sestava**“.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Dotaz uchazeče:

1. dotaz - V kupní smlouvě v bodě V. chybí prostor pro vyplnění ceny za pozáruční BTK - má být cena doplněna?

V.

Pozáruční servisní podmínky a další ujednání

Cena za 1 hodinu servisní činnosti je Kč bez ... % DPH, tj. Kč včetně ... % DPH, cena za provedení 1 pozáruční bezpečnostně-technické kontroly (včetně případného materiálu, který je předepsaný výrobcem zboží pro výměnu při těchto kontrolách), cena za 1 km dopravu servisního technika do místa plnění je Kč bez ... % DPH, tj. Kč včetně ... % DPH.

Vyjádření zadavatele:

Ano, má být doplněna.

2. dotaz - V kupní smlouvě v příloze č. 1 požadujete doplnit tech. specifikaci podle přílohy č. 6 výzvy

Příloha č. 1: Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

*Dodavatel doplní technickou specifikací zboží dle přílohy č. 6 Výzvy k podání nabídek.
Dodavatel zároveň ke každé položce technické specifikace daného druhu zboží doplní, zda jim nabízené zboží splňuje požadavek zadavatele dle přílohy č. 6 Výzvy k podání nabídek.*

Příloha č. 6 výzvy je však seznam významných dodávek (viz. obrázek):

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek

Související přílohy:

Technická specifikace – **Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek**

Čestné prohlášení – **Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek**

Krycí list nabídky – **Příloha č. 4 Výzvy**

Obchodní podmínky - **Příloha č. 5 Výzvy**

Seznam významných dodávek – **Příloha č. 6 Výzvy**

Prohlášení o subdodavatelích – **Příloha č. 7 Výzvy**

Prosíme o přesnou informaci, co má být ke smlouvě přiloženo.

Vyjádření zadavatele:

Dodavatel doplní technickou specifikaci zboží dle přílohy č. 2 Výzvy k podání nabídek.

3. dotaz - v krycím listu požadujete vyplnění hodnotících kritérií.

V zadávací dokumentaci požadujete jako 6. hodnotící kritérium "Cena dopravy servisního technika za 1 km", stejná hodnota je požadována v kupní smlouvě, tj. cena za 1 km. V krycím listu je však požadavek "Cena dopravy servisního technika do místa plnění" - jakou hodnotu zde máme vyplnit???

| Hodnotící kritéria | | | |
|---|--------------|---------------|-----------------|
| | Cena bez DPH | Výše DPH ...% | Cena včetně DPH |
| Nabídková cena | | | |
| Pozáruční bezpečnostně technická kontrola | | | |
| Cena za 1h servisní činnosti | | | |
| Cena dopravy servisního technika do místa plnění | | | |
| Délka záruční doby | | | |
| Kompatibilita s videogastroskopem Pentax | | | |

Vyjádření zadavatele:

Dodavatel uvede cenu dopravy do místa plnění.

4. dotaz - Jak má dodavatel vyplnit přílohu č. 2 Technickou specifikaci, bod 2), řádek 3, když nabízíme ledkový zdroj světla?

Zadavatel požaduje u každého parametru vyplnit, zda dodavatel parametr splňuje či ne - v našem případě se nehodí pro tento řádek ani jedna odpověď.

2) Zdroj světla (integrovaný do videoprocesoru nebo externí) – 1 ks

- Min. 150W xenon nebo LED o stejné svítivosti ANO/NE
- Podpora selektivního zobrazení tkání ANO/NE
- V případě dodání xenonového zdroje světla nutno dodat záložní zdroj světla (halogen nebo LED). ANO/NE

Vyjádření zadavatele:

Dodavatel doplní ANO.

JUDr. Zdeněk Horák, MBA